



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Sayı : 59180707/755.02.01
Konu : Randa Elektronik


TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bakanlığımız ile idareniz arasında yapılmış olan protokol çerçevesinde yapımına devam ettiğiniz hastane projelerinde kullanılacak olan "hastane çağrı sistemleri" imalatçısı firmaların bakanlığımız teknik personeline yaptığı sunumlar neticesinde imalatların şartnamelere uygunluğu tetkik edilerek, sunumları olumlu görülen firmaların isimleri daha önce tarafınıza yazıyla bildirilmiş idi.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce devam etmekte olan bu sunum sürecinde, Bakanlığımızın firmalardan istediği **TS EN 60950-1, TS EN 60601-1 ve TS EN 55022-24 , TS EN 60601-1-2 belgeleri ile (CE belgesi, EMC, LVD) ile radyo frekansında kullanılacak tüm cihazlar için R&TTE 99/5 standardına uygunluk gösterir CE belgesi ile “satış sonrası hizmetleri için ürünlerin özelliğine göre , şu an için “ TS 12498 Yetkili servisler- Bilgisayar ve çevre birimleri için Kurallar, TS 13426 Yetkili servisler –Hemşire çağrı sistemleri için-Kurallar ve TS 13100 yetkili servisler –Telsiz Cihazları için–Kurallar** standartlarına uygun imalat yapabileceğini gösteren **Randa Elektronik Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti.** firmasının idarenizce yapımına devam edilmekte olan işlerde tercih edilmesinde, yapılan imalatların inşaat sürecinde teknik yönden kontrolü şartıyla herhangi bir sakınca yoktur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ahmet Burak YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür

Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı
Ayrıntı  gi için: Mete ÇAKIR